

Projekt pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 16.05.2022 r.

Pytanie numer 1

Pozycja 9 - Wózek pielęgnacyjny toaletowy Czy Zamawiający dopuści wózek pielęgnacyjny toaletowy o wymiarach: szerokość całkowita: 55 cm; szerokość wewnętrzna: 45 cm; głębokość całkowita: 87 cm; wysokość siedziska od podłoża: 53 cm; wysokość całkowita: 95 cm; wymiary siedziska: 44 cm x 44 cm; waga: 10,6 kg, maksymalne obciążeni: 100 kg ?

Pozostałe parametry wg oczekiwań Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza zamianę szerokości całkowitej wózka na -min. 55 cm, przy zachowaniu obciążenia min. 110 kg. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie numer 2

Pozycja 10 - Łóżko rehabilitacyjne Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji wysokości leża 40 - 80 cm ? Pozostałe parametry wg oczekiwań Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza proponowany zakres regulacji.

Pytanie numer 3

Pozycja 11 - Materac odleżynowy Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 195 x 90 cm ? Pozostałe parametry wg oczekiwań Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza materacu o długości krótszej niż 200 cm.

Pytanie numer 4

Treść pytania dotyczy pozycji nr 8. Czy zamawiający dopuści rotor o maksymalnym obciążeniu 70 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie numer 5,

Dot. punktu nr. 6. Pionizator statyczny. Proszę podać orientacyjny wzrost użytkownika żeby wybrać odpowiedni rozmiar pionizatora.

Tabela rozmiarów wygląda tak:

0a 1 1a 2 2a 3 3a 4

50 – 70 70 – 100 70 – 100 90 – 130 90 – 130 110 – 170 110 – 170 140 – 200 (cm)

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pionizator statyczny powinien być odpowiedni dla osób dorosłych w szczególności seniorów. Tym samym, orientacyjny wzrost użytkownika to min. 140 cm.

Pytanie numer 6,

Dot. punktu nr. 8. Rotor rehabilitacyjny. Czy zamawiający dopuszcza rotor z max. obciążeniem 100 kg? Ponieważ w podanym przedziale wagowym i mechanicznym systemem oporu występują tylko takie rotory.

Odpowiedź:



Projekt pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Zamawiający wyjaśnia, że w kwestii obciążenia podtrzymuje 120 kg, jednakże dopuszcza ewentualne zwiększenie wagi urządzenia na -min. 2 kg.

Pytanie numer 7,

Dot. punktu.13. Szyny najazdowe składane. Czy zamawiający dopuści szynę najazdową nieskładaną? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza szyn nieskładanych.


**BURMISTRZ
KRASNOBRODU**
Kazimierz Misztal

GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 Maja 36
22-440 KRASNOBRÓD